

1. Vizsgálati minta átvétele

Kérjük, ellenőrizze, hogy megkapta-e mind a **6 db** ütővizsgálatra kész próbatestet (**jelük: CH2**) a vizsgálati csomagban. A sorszámozás csak a homogenitás-vizsgálat miatt történt, a vizsgálat szempontjából nincs jelentősége.

2. Általános tudnivalók

- A próbatesteket kifejezetten ehhez a jártassági vizsgálatához készítettük, méretük megfelel az MSZ EN ISO 148-1:2017 szabvány 2. táblázatában megállapítottaknak.
- Az eredményeket **kizárólag** a Qualco–MAE online rendszerében lehet beküldeni az elektronikus eredményközlő lapon (www.qualcomae.hu → **Elektronikus ügyintézés**) keresztül. Belépés a regisztrációkor kapott azonosítóval és jelszóval lehetséges.
- Kérjük, az eredményközlési felületen minden releváns mezőt, ami a próbatest viselkedése és a vizsgálati szabvány szerint értelmezhető, pontosan töltsé ki.
- A vizsgálati feladatot azonos körülmények között végezze: lehetőleg egy menetben, ugyanaz a személy, közbenső kalibrálás nélkül (ha a laboratóriumi eljárás nem ír elő mást).
- Az eredményeket legkésőbb **2025. november 3-ig** kell feltölteni. Sikeres feltöltés esetén rendszer automatikus visszaigazolást küld.
- A próbatesteket **ne küldje vissza**.

3. Vizsgálat elvégzése

- A 6 próbatestből **1 db előkísérletre** szolgál, ennek adatait nem kell megadni.
- A vizsgálatot **0°C-on** kell elvégezni (szabvány 8.3. pont szerint).
- Az ütővizsgálat végrehajtása során kövesse az MSZ EN ISO 148-1:2017 szabványt és a laboratórium saját előírásait.

4. Adatok feldolgozása és eredményközlés

- Az ütőmű által rögzített és a próbatesten mért adatok feldolgozására és az ütővizsgálati jellemzők meghatározására a szabvány és/vagy a laboratóriumi előírásokat kell alkalmazni.
- Az eredményt **egyetlen számértékkel kell megadni az eredményközlő felület „eredmény” oszlopában**, a minta jele mellett. Ez az 5 próbatest mérési eredményeiből számított (célszerűen átlagolással nyert) érték, de kérjük, az **egyedi mért értékeket** is írja be a „megjegyzés” rovatba.
- A **kiterjesztett mérési bizonytalanságot** szintén egy számértékkel kell megadni, értelmezése a vizsgálati szabvány „Annex E” részében található. A kiterjesztett mérési bizonytalanság meghatározását is ugyanúgy értékeljük, mint a többi vizsgálati jellemzőt.
- A „**méréstechnika**” oszlopban a menüből válassza ki a leginkább megfelelő opciót, továbbá adja meg a vizsgálat időpontját az erre szolgáló mezőben.
- Kérjük, a **táblázatok alatt található kérdésekre** is válaszoljon szövegesen, ezek segítik a kiértékelést.